

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Respirační materiál – kyslíková terapie, filtry

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 30. 10. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Zadavatel v Příloze č. 2 ZD - Technické podmínky pro všechny části doplněno v Části 1 Kyslíkové a anesteziologické pomůcky u produktu Maska anesteziologická s nafukovací manžetou vel. 0-5 požaduje splnění parametru: „**zpětný ventil**“

S ohledem na klinický účel, který zadavatel v TS specifikuje (maska určená k aplikaci plynů) a na základě praktických a klinických zkušeností účastníka se domníváme, že se jedná o klinicky neopodstatněný požadavek a velmi pravděpodobně jde o administrativní chybu ve specifikaci. Anesteziologické masky se aplikují při použití anesteziologického přístroje a jejich součástí není zpětný ventil, pacient přes masku dýchá systémem ventilů Insp/Exp, PV, které jsou integrované v anesteziologickém přístroji.

Účastník by rád zadavateli nabídl anesteziologické masky bez zpětného ventilu při plnění všech ostatních parametrů, které zadavatel požaduje.

Bude zadavatel akceptovat nabídku Masek anesteziologických s nafukovací manžetou vel. 0-5 bez zpětného ventilu?

Odpověď:

Zadavatel bude akceptovat nabídku masek anesteziologických s nafukovací manžetou vel. 0-5 bez zpětného ventilu, pokud účastník dodrží všechny ostatní požadavky.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 1. 12. 2025 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky pro všechny části, OPRAVA DLE VZD 1

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.