

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

**Název veřejné zakázky:**

**Respirační materiál – kyslíková terapie, filtry**

**Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

**Režim veřejné zakázky:** nadlimitní

**Předmět veřejné zakázky:** dodávky

**Zadavatel:** Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

**Sídlo:** Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

**IČO:** 27520536

V Pardubicích dne 4. 11. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

### Dotaz č. 1

V příloze č. 2 ZD Technické podmínky pro část 4 (Maska laryngeální) zadavatel požaduje: „silikonová, jednorázová“.

Účastník uvádí, že jím nabízené laryngeální masky jsou vyráběny převážně z PVC. Dýchací trubice a anatomicky tvarovaná manžeta tvoří jeden celek s hladkou strukturou, která zvyšuje komfort a bezpečnost pacienta. Bude zadavatel s ohledem na tyto vlastnosti akceptovat nabídku laryngeálních masek vyrobených primárně z PVC? Podle účastníka tento rozdíl nemá vliv na zamýšlené použití. Tímto krokem by zadavatel mohl rozšířit okruh účastníků a obdržet tak ekonomicky výhodnější nabídku.

### Odpověď:

**Zadavatel nebude akceptovat laryngeální masky vyrobené z PVC. Masky vyrobené z lékařského silikonu jsou pružnější, měkčí a flexibilní - mnohem lépe se přizpůsobí při zavádění pacientovi než masky vyrobené z PVC.**

### Dotaz č. 2

V příloze č. 2 ZD Technické podmínky pro část 4 pro část 4 (Maska laryngeální) zadavatel požaduje: „maska je opatřena ochrannou mřížkou – prevence obturace dýchacích cest“.

Účastník uvádí, že jím nabízené laryngeální masky jsou konstrukčně navrženy tak, aby zabránily vstupu epiglottis do dýchacího kanálu i bez ochranné mřížky. Tyto masky jsou běžně používány v řadě nemocnic v ČR (včetně fakultních), přičemž praxe potvrzuje, že absence mřížky není nevýhodou – naopak je často preferována z důvodu zajištění volného průchodu skrz masku.

Bude zadavatel akceptovat nabídku masek bez ochranné mřížky, pokud splňují uvedené funkční vlastnosti? Tímto krokem by zadavatel mohl rozšířit okruh účastníků a obdržet tak ekonomicky výhodnější nabídku.

**Odpověď:**

**Zadavatel nebude akceptovat laryngeální masky bez ochranné mřížky. Momentálně se používají masky s ochrannou mřížkou, která působí jako prevence obturace dýchacích cest. Zadavatel trvá na ochranné mřížce.**

Oddělení veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.