

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Respirační materiál – kyslíková terapie, filtry

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 11. 11. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 - k části 4

Připustí zadavatel standardní laryngeální masku bez ochranné sítky?

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat laryngeální masky vyrobené z PVC. Masky vyrobené z lékařského silikonu jsou pružnější, měkčí a flexibilní - mnohem lépe se přizpůsobí při zavádění pacientovi než masky vyrobené z PVC.

Dotaz č. 2 - k části 3, položka č. 3

Připustí zadavatel T-kus o průměru 22M/15F - 22F?

Odpověď:

Zadavatel u položky Nebulizátor s T-kusem pro dospělé trvá na původní technické specifikaci: připojení 22F-22M/15F-22M. Zúžení na jednom konci umožní zapojení do dýchacího okruhu.

Dotaz č. 3 - k části 1

Připustí zadavatel mesterilní, ale s monitorovanou úrovní mikrobiální čistoty?

Odpověď:

Zadavatel u položky Maska anesteziologická s nafukovací manžetou vel. 0-5 bude akceptovat nesterilní variantu s monitorovanou úrovní mikrobiální čistoty.

Dotaz č. 4 - k části 2, položka 1

Přijme zadavatel tracheostomické masky pro dospělé obsahující stopové množství ftalátů?

Odpověď:

Zadavatel u položky Maska tracheostomická nebude akceptovat ftaláty ani ve stopovém množství. Ftaláty (nejrozšířenější je DEHP) je považován za toxickou látku a způsobuje riziko vzniku alergií a astmatu, ohrožuje funkci ledvin a jater.

Dotaz č. 5 - k části 2, položka 2

Přijme zadavatel standardní anestetické masky bez pásku a nosního klipu?

Odpověď:

Zadavatel u položky Maska aerosolová pro dospělé požaduje stahovací fixační pásek a tvarovatelný nosní klip a na těchto parametrech trvá. Oboje slouží k tomu, aby maska správně přilnula pacientovi na obličej a nedošlo tak k úniku plynu. Aerosolovou masku bez nosního klipu a pásky tedy akceptovat nebude.

Dotaz č. 6 - k části 2, položka 2

Připustí zadávající orgán standardní kyslíkové masky pro dospělé s odnímatelným drenem?

Odpověď:

Pokud budou u položky Maska aerosolová pro dospělé splněny všechny ostatní náležitosti uvedené v technické specifikaci, odnímatelný drén bude zadavatel akceptovat.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 15. 12. 2025 do 10:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky pro všechny části, OPRAVA DLE VZD 3

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.