

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Název veřejné zakázky: Respirační materiál – kyslíková terapie, filtry, část 5

Název části veřejné zakázky: Respirační filtry pro dospělé

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Režim veřejné zakázky: nadlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 21. 11. 2025

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz

Přistoupí zadavatel na dodávku filtrů, které nejsou sterilní?

Důvodem našeho dotazu je sterilní filtry jsou podstatně dražší než filtry nesterilní. Pokud neexistuje medicínské ani provozní opodstatnění jejich použití, vede jejich nákup k neefektivnímu vynakládání prostředků

Sterilní filtry jsou určeny primárně pro situace, kdy je nutné zachovat sterilitu celého okruhu – tedy například při použití ve sterilním prostředí nebo při výkonech, kde je kritickým požadavkem sterilita všech komponent. V naprosté většině klinických aplikací dýchacích okruhů se ale pracuje v podmínkách čistého, nikoli sterilního prostředí.

Odpověď:

Zadavatel přistoupí i na variantu filtrů, které jsou hygienicky čisté, musí však splňovat všechny ostatní požadavky uvedené v technických podmínkách.

[U položky Filtr pro dospělé HME - umělý nos zadavatel trvá na sterilní variantě.](#)

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 23. 12. 2025 do 10:00 hodin.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek se týká celé veřejné zakázky (všech částí).**

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky pro všechny části, OPRAVA DLE VZD 4

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.