

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:

Obvazový materiál – obinadla, sádry

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení, otevřená výzva

Režim veřejné zakázky: podlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 14. 1. 2026

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 k části 5

Připustí zadavatel roztažnost $\geq 80\%$?

Odpověď:

V technické specifikaci zadavatel požaduje pružnost 100-125%.

Roztažnost $\geq 80\%$ bude zadavatel akceptovat, její doložení není nepožadováno.

Dotaz č. 2 k části 6

Připustí zadavatel šířku max. 1,5 cm?

Připustí zadavatel šířku 1–2,5 cm?

Připustí zadavatel šířku 1,5–3,5 cm?

Připustí zadavatel šířku 2,5–4,5 cm?

Připustí zadavatel šířku 4–6,5 cm?

Připustí zadavatel šířku 5–9,5 cm?

Připustí zadavatel šířku 6,5–13,5 cm?

Odpověď:

Zadavatel požaduje rozměry tak, jak jsou specifikované v zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 1 k části 8

Je přípustná doba tuhnutí 5–6 minut?

Je přípustná povrchová hmotnost sádry >400 g/m²?

Odpověď:

Zadavatel požaduje dobu tuhnutí max. do 5 minut, protože jsou na ni navázány další ošetřovatelské procesy.

Zadavatel požaduje plošnou hmotnost 550g/m² s tolerancí +/- 100 g/m². Pokud se nabídnuté zboží nevejde do tolerance, nebude zadavatel takovou nabídku akceptovat.

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.