

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:

Obvazový materiál – obinadla, sádry

Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení, otevřená výzva

Režim veřejné zakázky: podlimitní

Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice

IČO: 27520536

V Pardubicích dne 26. 1. 2026

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98, resp. § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), sděluje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1 k části 5

Bude zadavatel akceptovat v části 5 - Obinadlo elastické fixační pružnost vyšší než 125% při splnění všech ostatních technických parametrů?

Odpověď:

Zadavatel požaduje v části 5 pružnost elastického fixačního obinadla 100 % – 125 %, připouští toleranci +/-10 %.

**Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 11. 2. 2026 do 10:00 hodin.
Prodloužení lhůty pro podání nabídek se týká celé veřejné zakázky (všech částí).**

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky pro všechny části, OPRAVA DLE VZD 3

Oddělení veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.