Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

(dále také jen „VZD 1“)

Název veřejné zakázky: **Fakoemulzifikační přístroj včetně spotřebního materiálu**

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Předmět veřejné zakázky: dodávky

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČO: 27520536

V Pardubicích dne 20. 8. 2026

Zadavatel v souladu s ust. § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci je uveden předpokládaný objem 6 200 operací katarakty za období 4 let, tj. 1 550 operací ročně. Žádáme zadavatele o upřesnění, kolika operačním dnům přibližně odpovídá uvedený předpokládaný objem, a to za jeden rok, případně za celé čtyřleté období. Tento údaj je nezbytný pro stanovení množství spotřebního materiálu, jehož doba použití je výrobcem stanovena na jeden operační den, nikoliv na jednoho pacienta.

Odpověď

Zadavatel uvádí, že pro účely kalkulace spotřebního materiálu je stanoven počet 150 operačních dnů ročně.

Dotaz č. 2

Dobrý den, tímto Vás žádáme o dodatečné informace k vysvětlení zadávací dokumentace:

1) Zadavatel požaduje v příloze č. 3 zadávací dokumentace „Specifikace spotřebního materiálu a dílčí specifikace ceny“.

Dotaz: Dodavatel žádá zadavatele o stanovení počtu operačních dnů za rok pro vyčíslení nákladů na denní kazety.

Odpověď

Zadavatel uvádí, že pro účely kalkulace spotřebního materiálu je stanoven počet 150 operačních dnů ročně.

Zadavatel upravuje technický parametr v příloze č. 2 Technické podmínky, a to:

- Vakuová (Venturi) pumpa nebo peristaltická pumpa nebo obdobný systém

Nové znění parametru:

- **Vakuová (Venturi) pumpa nebo kombinace vakuové a peristaltické pumpy**

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 21. 9. 2026 do 12:00 hodin.

Příloha:

Příloha č. 2 ZD - Technické podmínky, OPRAVA DLE VZD 1