



Pardubický kraj
Krajský úřad

čj. KrÚ 40255/2018

Vysvětlení č. 1

Název veřejné zakázky:	„Gymnázium Polička – dodávka pomůcek“
Zadavatel:	Pardubický kraj
Sídlo:	Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice
IČ:	708 92 822
Osoba oprávněná za zadavatele jednat:	PhDr. Jana Haniková, vedoucí kanceláře ředitele úřadu

V souladu s bodem 11 výzvy k předložení nabídky na shora uvedenou veřejnou zakázku poskytuje zadavatel následující vysvětlení:

I. Dotazy

Dotaz 1:

Dobrý den, u všech mikroskopů je požadována náklonná hlavice, musí být tento parametr dodržen?

Odpověď:

Zadavatel připouští dodání mikroskopů i bez náklonné hlavice. Za tím účelem zadavatel uveřejňuje opravené specifikace a položkový rozpočet.

Dotaz 2:

U mikroskopu P06-120 je požadováno LED osvětlení, může být nabídnuto osvětlení halogenové?

Odpověď:

Zadavatel připouští u všech mikroskopů LED i halogenové osvětlení.

Dotaz 3:

Sada pružin P 16-304 je požadavek na 10ks , je myšleno 5 sad nepředepjaté + 5 sad předepjaté?

Odpověď:

Zadavatel požaduje 10 sad pružin, přičemž každá sada obsahuje 3 pružiny nepředpjaté a 3 pružiny předpjaté.

Dotaz 4:

k sekci P05-126:

Kádinky: vysoké nebo nízké?

Odměrné válce se zátkou: buď a/ plastová zátka - třída A s modrou graduací nebo třída B - s bílou nebo hnědou graduací, popř. bez graduace

b/ skleněná zátka - třída A s modrou graduací nebo třída B - s bílou nebo hnědou graduací

Odměrné válce: buď třída A s modrou graduací nebo třída B s bílou či hnědou graduací?

Pipety: ta druhá pipeta - je to třída A nebo B? popř. jaké požadují dělení?

Láhve: mohou být nahrazeny odpovídajícími láhvemi od jiného výrobce? Láhve Kamabe - v čem se liší (text v zadání je u obou stejný)? Můžeme nabídnout místo čtyřbokých kulaté láhve?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje specifikaci následujících položek:

Kádinky vysoké s výlevkou a graduací.

Odměrné válce se zátkou se upřesňují na odměrné baňky - plastová zátka, min. třída B, s bílou graduací.

Odměrné válce bez zátky, s výlevkou, min. třída B a s bílou graduací.

Druhá sada pipet - dělená, třída B 25 ml, dělení 0,1 ml.

Láhve - plastové čtyřboké (zadavatel na požadavku trvá z důvodu kompatibility a skladování), na výrobci nezáleží. Zadavatel opravuje poslední položku: láhev 1 l + uzávěr a vložka - 100 kusů s.

Dotaz 5:

k sekci P03-304:

Kádinky: opět - vysoké nebo nízké?

Odměrné válce: buď třída A s modrou graduací nebo třída B s bílou či hnědou graduací?

Miska krystalizační: jaký je průměr té misky? (nemáme v sortimentu objem přesně 300 ml, ale Kavalier se u označení misek řídí spíše průměrem)?

Pipeta : třída A nebo B?

Teploměr: délka 260 nebo 300 mm?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje specifikaci následujících položek:

Kádinky nízké s výlevkou a graduací.

Odměrné válce min. třída B, s bílou graduací.

Miska krystalizační – objem min. 250 - max. 350ml bez výlevky, přesný rozměr průměru nerozhoduje.

Pipeta – min. třída B.

Teploměr - délka min. 300 mm.

II. Lhůta

Zadavatel v souvislosti s tímto vyjasněním prodlužuje lhůtu k podání nabídek z původního termínu do 8. 6. 2018 na nový termín do **19. 6. 2018**.

V Pardubicích dne 4. 6. 2018

v z. Mgr. Pavel Menší
vedoucí oddělení veřejných zakázek
PhDr. Jana Haniková
vedoucí kanceláře ředitele úřadu