

## Příloha č. 1 – Technická specifikace

Specifikace elektrod:

### **Elektrody pro dospělé**

- multifunkční elektrody pro defibrilaci/stimulaci/monitoraci určené pro dospělé pacienty s tělesnou hmotností nad 20 kg
- piktogramové označení umístění
- minimálně 20 cm kabel s koncovkou pro připojení k přístroji vyvedený z obalu
- jednorázový materiál uvedený v číselníku VZP pod ZUM
- plně kompatibilní s defibrilátory corpuls3, corpuls3 Touch, corpuls1, corpuls AED
- expirace min. 18 měsíců
- prohlášení o shodě k výrobku, CE certifikát výrobce

### **Elektrody pro dětské pacienty**

- multifunkční elektrody pro defibrilaci/stimulaci/monitoraci určené pro dětské pacienty s tělesnou hmotností do 25 kg omezující defibrilační výboj max. do 100 joulů
- piktogramové označení umístění
- jednorázový materiál uvedený v číselníku VZP pod ZUM
- plně kompatibilní s defibrilátory corpuls3, corpuls3 Touch, corpuls1, corpuls AED
- expirace min. 18 měsíců
- prohlášení o shodě k výrobku, CE certifikát výrobce

Zadavatel požaduje doložení k oběma výrobkům Prohlášení o shodě výrobku a CE certifikát výrobce.