

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Název veřejné zakázky:

Monitorovací systémy – monitor vitálních funkcí – 2. kolo

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku přístrojového vybavení.

Položka VZ: monitor vitálních funkcí – 1 ks

Technické požadavky

- Modulární monitor vitálních funkcí
- Integrovaný barevný dotykový displej min. 10 “
- Rozlišení displeje min. 1280x800
- Použití pro všechny pacienty od novorozenců po dospělé, ovládání v českém jazyce
- Jednoduché intuitivní ovládání pomocí dotykové obrazovky a ovladače
- Zobrazení min. 5 křivek současně
- Trendy grafické i numerické min. 120 hod
- Min. rozsah měřených parametrů: EKG z 3-5 svodů, analýza ST segmentu, analýza základních arytmií, respirace, NIBP dvou hadicovým připojením, SpO2 masimo s vysokou citlivostí, 2x teplota
- Možnost sw rozšíření o rozšířené měření arytmií
- Možnost hw rozšíření o měření etCO2
- Vestavěná tiskárna
- Vyjímatelný dobíjitelný akumulátor na min. 3 hod transportního provozu
- Hmotnost max. 4 kg
- Možnost propojení do centrální stanice GE s obousměrným přenosem dat
- Kompletní příslušenství

Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).
- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.
- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.
- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.