

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Název veřejné zakázky:

Matrace pro zdravotnictví 2

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku přístrojového vybavení.

Položka VZ: Antidekubitní matrace – 50 ks

Technické požadavky

- Antidekubitní matrace – 50 ks
- Pro pacienty s 3.- 4. stupněm rizika vzniku dekubitů
- Spodní nosná vrstva ze studené HR pěny pro vysokou nosnost a stálost matrace
- Profilovaná střední vrstva rozdělující tuhost matrace anatomických zón z důvodu rozložení tlaku min. 7 zón
- Vrchní vrstva z Viscool pěny nebo viskoelastické pěny či jiného materiálu s plně srovnatelnými vlastnostmi
- Potah snadno snímatelný – zip s ochranou proti průsaku nečistot do matrace, svařované švy
- Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky, pružný ve dvou směrech, omyvatelný, prodyšný, pratelný na min. 60 °C
- Rozměr matrace 200x85 cm (10 ks)
- Rozměr matrace 200x90 cm (40 ks)
- Výška min. 14 cm
- Nosnost matrace min. 180 kg

Další podmínky a požadavky

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).
- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.
- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.
- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.