

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Telemetrie pro NPK, a.s. - centrála pro telemetrickou monitoraci a telemetrické záznamníky – 2. kolo

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva a Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je **dodávka centrálního monitoru pro telemetrickou monitoraci pro kardiologické oddělení Pardubické nemocnice a 7 ks telemetrických záznamníků pro kardiologickou JIP Chrudimské nemocnice** včetně příslušenství či technologií, v souladu s medicínským účelem a s ostatními podmínkami této zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v **příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Podrobná specifikace přístrojového zařízení (technické podmínky)**, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.

Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
- instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením)
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu
 - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,
 - provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,

- dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu, splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky,
 - Dodání návodu k použití v ČJ.
 - Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
 - Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
 - Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku.
 - Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky.
 - Doklad prokazující shodu (Prohlášení o shodě) v papírové i elektronické verzi.
- likvidace odpadu a obalů souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.

Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje záruku za jakost

Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané přístrojové vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

Zadavatel požaduje **min. záruční lhůtu pro všechny přístroje v délce 36 měsíců**. Záruční servis pro záruku za jakost obsahuje:

- bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů bezpečnostně technických kontrol, validací, kalibrací, servisních a preventivních prohlídek v souladu zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a v záruční době u ostatního zařízení bezplatné provádění pravidelných revizí / prohlídek / validací / kalibrací / zkoušek dlouhodobé stability/ servisních a preventivních prohlídek v požadovaném intervalu pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů a případný update software, vše včetně vystavení protokolu, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.
- bezplatné záruční opravy a odstranění závad, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- veškeré servisní činnosti musí být provedeny v co nejkratším termínu kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou vyškoleni výrobcem a vlastní certifikáty vydané výrobcem dle platných předpisů a norem,
- po provedení opravy nebo odstranění závad u zdravotnické techniky při pravidelných servisních úkonech poskytovatel servisních služeb dodá veškerá zejména veřejnoprávní rozhodnutí, povolení, doklad prokazující shodu, zaškolení zdravotnického personálu včetně vyhotovení zápisu a ostatní nezbytné doklady v souladu s platnou legislativou potřebné pro bezpečné používání zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče.
- poskytovatel servisních služeb nese odpovědnost v rámci předmětu plnění veřejné zakázky za řádné provedení servisních služeb.
- v případě škody způsobené třetí osobě dodanou zdravotnickou technikou v důsledku závady v provedeném servisním úkonu nebo v provedené opravě dle objednávky opravy, hradí veškerou škodu způsobenou třetí osobě poskytovatel servisních služeb ze sjednaného pojištění.

Veškeré požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy.

Záruční servis pro záruku za jakost bude dodavatel provádět bezplatně.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Veřejná zakázka obsahuje následující položky:

Položka	Počet kusů
Centrální monitor pro telemetrickou monitoraci	1
Telemetrické záznamníky	7

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Cena sjednaná ve smlouvě je **960 740,-** Kč včetně DPH.

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Obchodní název dodavatele	Sídlo společnosti	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč včetně DPH
A.M.I.- Analytical Medical Instruments, s.r.o.	Letohradská 3, 170 00 Praha 7	63983524	794 000,00	960 740,00

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Hodnotící komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť do fáze hodnocení postoupila jediná nabídka

9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídka byla podána elektronicky.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ust. § 35 zákona a § 101 odst. 1 a 2 zákona

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

V Pardubicích dne 25-04-2019

.....
MUDr. Tomáš Gottvald
předseda představenstva

.....
Ing. František Lešundák
místopředseda představenstva