

## OZNÁMENÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Identifikační údaje zadavatele		
Zadavatel	Název	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
	Sídlo	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
	IČ	275 20 536
Administrace veřejné zakázky	Kontaktní údaje	Odbor investic a veřejných zakázek
	E-mail	verejne.zakazky@nempk.cz
Profil zadavatele	<a href="http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3">http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3</a>	

Údaje o veřejné zakázce	
Název veřejné zakázky	Dodávka velkokapacitní centrifugy
Druh veřejné zakázky	veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení	veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu rozhodl o

### **VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Z ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ NA VÝŠE UVEDENOU VEŘEJNOU ZAKÁZKU**

Identifikační údaje vyloučeného účastníka zadávacího řízení	
Obchodní název firmy	Pragolab s.r.o.
Sídlo	Nad Krocínkou 55, 190 00 Praha 9
IČ	48029289
Právní forma	společnost s ručením omezeným

#### **Odůvodnění:**

Hodnotící komise po posouzení nabídky výše uvedeného dodavatele dospěla k závěru, že nabídka nespĺňuje technické požadavky uvedené zadavatelem v zadávací dokumentaci:

- některé části nabídky nejsou v českém jazyce.

Účastník zadávacího řízení nesplnil požadavek zadavatele specifikovaný v bodě 7.4 písm. h) zadávací dokumentace, kde zadavatel požaduje, aby veškerá dokumentace dokládající splnění technických požadavků zadavatele byla v českém jazyce. Doklady, které jsou vydané v jiném než českém jazyce, musí být dodavatelem předloženy spolu s jejich překladem do českého jazyka s výjimkou dokladů vydaných ve slovenském jazyce.


Účastník se v doplněné příloze č. 2 ZD Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde ve sloupci „Popis specifikace nabízeného plnění“ ve 14 případech odkazuje na prospekt, který je v nabídce pouze v anglickém jazyce.

- nebyly splněny požadované technické parametry:
  - „český software pro záznam průběhu parametrů centrifugace, identifikace vaků, identifikace obsluhy, splňující požadavky SVP“
  - „napájení 3x400V/50Hz, příkon max. 6 kW“.


Na základě výše uvedeného doporučuje hodnotící komise vyřadit nabídku a vyloučit účastníka Pragolab s.r.o. IČ: 48029289 ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

V Pardubicích dne

18. 06. 2019



.....  
MUDr. Tomáš Gottvald  
předseda představenstva



.....  
Ing. František Lešundák  
místopředseda představenstva