

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Dodávka přístrojového vybavení – sterilizátory, mycí a dezinfekční automaty, vyvíječ páry - Prokládací myčka pro CS Litomyšlské nemocnice

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva a Ing. Františkem Lešundákem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení pro pracoviště zadavatele – prokládací myčka pro centrální sterilizaci Litomyšlské nemocnice včetně příslušenství či technologií do místa plnění, v souladu s ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.

Dodané přístrojové vybavení musí splňovat veškeré kvalitativní, technické a bezpečnostní požadavky stanovené pro jeho uvedení na trh a do provozu dle právních předpisů, zejména zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění, zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění a pokud se jedná o zdravotnický prostředek, musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění.

Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického přístrojového vybavení včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu.

Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:

- zajištění dopravy všech položek dodávky do míst plnění,
- instalace všech položek dodávky v místě plnění a montáž (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje, zejména připojení k místním elektrickým rozvodům, k slaboproudým a optickým rozvodům, rozvodu vody, demineralizované vody, plynu, technických plynů, tepla, chladu či vzduchotechniky (je-li funkce položek dodávky pořizovaných přístrojů podmíněna takovým připojením)

- uvedení všech položek dodávky do plného provozu
 - odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně seřízení, předvedení plné funkčnosti,
 - provedení zkušebního provozu jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných k tomu, aby dodávka zařízení mohla plnit sjednaný či obvyklý účel,
- dodání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro uvedení všech položek dodávky do plného provozu, splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou k řádnému a nerušenému nakládání a užívání předmětu plnění příslušné části veřejné zakázky,
 - Dodání návodu k použití v ČJ v papírové i elektronické verzi.
 - Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
 - Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
 - Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného zdravotnického prostředku.
 - Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou ve vztahu k plnění předmětu veřejné zakázky.
 - Doklad prokazující shodu (Prohlášení o shodě) v papírové i elektronické verzi.
- likvidace obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.

Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje záruku za jakost

Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané přístrojové vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

Zadavatel požaduje **min. záruční lhůtu pro všechny přístroje v délce 36 měsíců**. Záruční servis pro záruku za jakost obsahuje:

- bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů bezpečnostně technických kontrol, validací, kalibrací, servisních a preventivních prohlídek v souladu zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a v záruční době u ostatního zařízení bezplatné provádění pravidelných revizí / prohlídek / validací / kalibrací / zkoušek dlouhodobé stability/ servisních a preventivních prohlídek v požadovaném intervalu pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařízeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů a případný update software, vše včetně vystavení protokolu, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.
- bezplatné záruční opravy a odstranění závad, které se vyskytnou v záruční době. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- veškeré servisní činnosti musí být provedeny v co nejkratším termínu kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou vyškoleni výrobcem a vlastní certifikáty vydané výrobcem dle platných předpisů a norem,
- po provedení opravy nebo odstranění závad u zdravotnické techniky při pravidelných servisních úkonech poskytovatel servisních služeb dodá veškerá zejména veřejnoprávní rozhodnutí, povolení, doklad prokazující shodu, zaškolení zdravotnického personálu včetně vyhotovení zápisu a ostatní

nezbytné doklady v souladu s platnou legislativou potřebné pro bezpečné používání zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče.

- poskytovatel servisních služeb nese odpovědnost v rámci předmětu plnění veřejné zakázky za řádné provedení servisních služeb.
- v případě škody způsobené třetí osobě dodanou zdravotnickou technikou v důsledku závady v provedeném servisním úkonu nebo v provedené opravě dle objednávky opravy, hradí veškerou škodu způsobenou třetí osobě poskytovatel servisních služeb ze sjednaného pojištění.

Veškeré požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy.

Záruční servis pro záruku za jakost bude dodavatel provádět bezplatně.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Předání dodávek ze strany dodavatele do užívání uživateli bude provedeno předáním jednotlivých položek věcného plnění písemnou protokolární formou. Plnění předmětu veřejné zakázky bude realizováno v rozsahu zadávacích podmínek této veřejné zakázky. Podáním nabídky dodavatel potvrzuje, že nabízené plnění splňuje požadavky uvedené v zadávací dokumentaci.

Položka veřejné zakázky	Počet kusů	Místo plnění
Prokládací myčka pro CS Litomyšlské nemocnice	1	Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pracoviště Litomyšlská nemocnice, centrální sterilizace

Záruční lhůta

Požadovaná minimální záruční lhůta u dodaného zboží je **min. 36 měsíců**.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Cena sjednaná ve smlouvě je **1 995 290,- Kč** včetně DPH.

5. Druh zadávacího řízení

Bylo použito jednací řízení bez uveřejnění.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

V rámci JŘBÚ byla doručena jedna nabídka.

Obchodní název dodavatele	Sídlo společnosti	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena v Kč včetně DPH
UNIPRO-ALPHA C.S., spol. s r.o.	Pod bání 2146/8, 180 00 Praha 8	26435357	1 649 000,00	1 995 290,00

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Hodnotící komise neprováděla hodnocení nabídek, neboť do fáze hodnocení postoupila jedna nabídka.

9. Označení poddodavatele/ů

MIELE, spol. s r.o., IČ: 1882953 – předmětem poddodávky je dodávka předmětu plnění do místa plnění, zaškolení a servis.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Zadavatel v souladu s § 63 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek použil jednací řízení bez uveřejnění z důvodu, že v předchozím otevřeném nadlimitním řízení nebyly podány žádné nabídky. Zadavatel nezměnil zadávací podmínky oproti předchozímu otevřenému řízení. V případě nepořízení prokládací myčky pro centrální sterilizaci Litomyšlské nemocnice byly vážně ohroženy operační výkony centrálních operačních sálů Litomyšlské nemocnice.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nepoužito.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nabídka byla podána prostřednictvím elektronického nástroje.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.


16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části vzhledem k charakteru předmětu veřejné zakázky. Předmět plnění lze realizovat jedinou zakázkou.


17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.

V Pardubicích dne



.....
MUDr. Tomáš Gottvald
předseda představenstva



.....
Ing. František Lešundák
místopředseda představenstva