

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Název veřejné zakázky:

Porodní lůžka pro gynekologicko-porodnické oddělení Orlickoústecké, Chrudimské a Svitavské nemocnice – 3. kolo

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku lůžek pro použití ve zdravotnictví.

Položka VZ: Porodní lůžko – 3 ks

Technické požadavky

1 ks: Orlickoústecká nemocnice

- Lůžko umožňující vedení porodu klasickým způsobem nebo v různých alternativních polohách
- Délka ložné plochy min. 2100 mm
- Ložní plocha třídílná, polstrovaná, umístěná na teleskopickém sloupu
- Max. celková šířka 980 mm
- Nastavování výšky v min. rozsahu 600 mm až 1000 mm
- Polohování elektrické pomocí ručního ovladače se záložní baterií
- Mobilní provedení na 4 kolečkách, centrální brždění
- Konstrukce, kryt podvozku a čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu
- Držák infusního stojanu na obou stranách postele
- Možnost výběru barevného provedení polstrů: Modrý
- Min. úhel nastavení zádového dílu $-10^{\circ}/+70^{\circ}$
- Min. úhel nastavení sedacího dílu $0^{\circ}/+18^{\circ}$
- Poloha Trendelenburg v min. rozsahu $0^{\circ}/-10^{\circ}$
- Vertikální nastavení nožních podpěr v min. rozsahu $0^{\circ}/+135^{\circ}$
- Horizontální nastavení nožních podpěr v min. rozsahu $0^{\circ}/+60^{\circ}$
- Min. úhel nastavení podnožního dílu $0^{\circ}/-22^{\circ}$
- Zatížení ložné plochy min. 240 kg
- Nosnost integrovaného podnožního dílu min. 100 kg
- Kompletní příslušenství (Infusní stojan, Miska instrumentální, Podhlavník, Lékařská židlička)

2 ks: Chrudimská a Svitavská nemocnice

- Lůžko umožňující vedení porodu klasickým způsobem nebo v různých alternativních polohách
- Délka ložné plochy min. 2100 mm
- Ložní plocha třídílná, polstrovaná, s šířkou min. 960 mm, umístěná na teleskopickém sloupu
- Nastavování výšky v min. rozsahu 600 mm až 850 mm
- Polohování elektrické pomocí ručního ovladače se záložní baterií
- Mobilní provedení na 4 kolečkách, centrální brždění
- Konstrukce, kryt podvozku a čalounění ze zdravotně nezávadného, lehce omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu

- Držák infusního stojanu
- Možnost výběru barevného provedení polstrů: Oranžová
- Min. úhel nastavení zádového dílu $-10^{\circ}/+70^{\circ}$
- Min. úhel nastavení sedacího dílu $0^{\circ}/+18^{\circ}$
- Poloha Trendelenburg v min. rozsahu $0^{\circ}/-10^{\circ}$
- Vertikální nastavení nožních podpěr v min. rozsahu $-90^{\circ}/+45^{\circ}$
- Horizontální nastavení nožních podpěr v min. rozsahu $-16^{\circ}/+48^{\circ}$
- Min. úhel nastavení podnožního dílu $0^{\circ}/-22^{\circ}$
- Zatížení ložné plochy min. 240 kg
- Nosnost integrovaného podnožního dílu min. 100 kg
- Kompletní příslušenství (Infusní stojan, Miska instrumentální, Podhlavník, Lékařská židlička)

Další podmínky a požadavky společné pro všechna lůžka

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.).
- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.
- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku.
- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.