

Nemocnice Pardubice- Centrální urgentní příjem

2.NP ANGIO

Technická specifikace stropní stativ- 2x

Stropní otočně kyvný dvouramenný stativ –nosnost 180 kg

Ramena 1000 + 1000 mm, zdrojový sloup vysoký 1250 mm, zdvih do 20s 600mm



Výbava zdrojového sloupu:

Medicínální plyny: 1x O2, 1x AIR, 1x Vac, 1x N2O, 1x AGSS

Elektro: 16x zásuvka 230V s PA svorkou (6x VDO-oranžová, 10x ZIS-žlutá), 6x 2RJ45, 2x příprava slaboproudu pro budoucí instalace

Příslušenství zdr.sloupu:

4x police 530x480 mm s bočními medilištami- nosnost police 40kg

1x zásuvka pod spodní polici na příslušenství

1x ovládání brzd stativu na rukojetích (berany) umístěných v zadní části stativu

1x ramínko 500/300 mm se zdvihem + držák náhledového monitoru vitálních fcí

1x ramínko 400/400 mm pro nosič infuzní techniky

1x ramínko 400/400 mm pro nosič infuzních sáčků

1x lišta pro ukrytí přebytečných kabelů na pravé straně zdrojového sloupu (cable management)

1x integrované osvětlení ve spodní části sloupu stativu ovládané na sloupu

2x košík, uchycení na medilištu (hloubka košíku 280 mm)

1x medilišta okolo hlavy stativu pro příslušenství

2x medilišta 180mm ve spodní části hlavy stativu pro odsávací sestavu