



Budova R - 1.NP				
č. místnosti	využití místnosti	soupis bouracích prací	výměry	jednotky
1.184	CT	Odstranění staticky vodivé podlahové krytiny v celé ploše místnosti	40	m <sup>2</sup>
		Odstranění soklů po celém obvodu místnosti	26	m
		Demontáž dveří včetně zárubně z m.č. 1.184 do čekárny m.č. 1.185	1	ks
		Stávající kabelový kanál ve stávajícím základu pod CT bude prodloužen o 1,5m. Umístění vývodu bude upřesněno dle nové technologie. Drážka pro kabelový kanál ve stávajícím základu.	1,5	m
		Pro novou trasu vedení napájecího kabelu od elektrorozvaděče do stávající pojistkové skříně. Demontáž podhledu v délce kabelové trasy. Trasa vedena kazetovým podhledem.	7	m
1.185	ČEKÁRNA	Demontáž ocelových ochranných zdí na chodbě	2	ks
		Pro novou trasu vedení napájecího kabelu od elektrorozvaděče do stávající pojistkové skříně. Demontáž podhledu v délce kabelové trasy. Trasa vedena kazetovým podhledem.	12	m
1.186	OVLADOVNA	Odstranění podlahové krytiny nad kabelovým kanálem	1	m <sup>2</sup>

NEMOCNICE PARDUBICKÝ KRAJ - SO 02 LITOMYŠL						
SO 02.1 – CT						
SPEC. OBJEDNATEL			Investor:			Č.pará
			NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice			
			Objednatel:			
				NEMOCNICE PARDUBICKÉHO KRAJE a.s., Kyjevská 44, 53203 Pardubice		
GENERÁLNÍ PROJEKTANT		Zodpovědný projektant	Hlavní inženýr projektu	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
		PODPIS	PODPIS	PODPIS		
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
PROJEKTANT ČÁSTI		Zodpovědný projektant	Vyracoval	Kreslil	Autorizováno	
		Ing. Otakar VAŠÁK	Ing. Otakar VAŠÁK	J. Třasák		
		PODPIS	PODPIS	PODPIS		
	PROJEKCE CZ S.R.O., Tovární 290, Chrudim 537 01 tel.:+420 469 622 833,					
IDENTIFIKACE PROJEKTU	stupeň dokumentace:		profesní část:	datum expedice:	datum editace:	měřítko:
	JPD		D.1.1 stav	06.2020	06.2020	M 1:50
zakázka:		název výkresu:				číslo výkresu:
62008		Půdorys 1.NP - CT - stávající stav				D.1.1.2