



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Laser
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. František Lešundák, místopředseda představenstva

2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho laseru pro interní oddělení Pardubické nemocnice. Podrobnější specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v rámci bodu 5 Technické podmínky a zároveň v příloze návrhu smlouvy, která tvoří nedílnou součást zadávacích podmínek. Uvedené podmínky jsou podmínky závazné, jsou absolutní, a proto nesplnění některého z nich bude znamenat vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

Plnění veřejné zakázky musí být plně v souladu s platnou legislativou, technologickými předpisy, ustanoveními příslušných norem a v předepsané kvalitě.

3 Cena sjednaná ve smlouvě

Cena nebyla sjednaná, jelikož zadávací řízení bylo zrušeno.

4 Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

5 Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
1	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.	Juárezova 1071/17, 160 00 Bubeneč - Praha 6	25099019



6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Zadavatel v rámci této veřejné zakázky nevyločil žádného účastníka.

7 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Smlouva nebyla uzavřena, jelikož zadávací řízení bylo zrušeno.

8 Odůvodnění zrušení výběrového řízení

V rámci výše uvedeného zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. d) zákona, v průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil či nikoliv.

Zadavatel v rámci zadávacího řízení vyhodnotil nabídku účastníka PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s. jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější a splňující veškeré technické podmínky. Při následné kontrole dokumentace veřejné zakázky ze strany poskytovatele dotace tj. Centrum pro regionální rozvoj České republiky bylo zjištěno následující:

Uchazeč nabídl: „Zaměřovací svazek: 635 nm, 1mW, jasně červený, nastavitelný, nebo 532 nm, 1mW, jasně zelený, nastavitelný“. Přestože se jedná o zjevné administrativní pochybení zadavatele (paprsek s větší intenzitou by mohl být nebezpečný) a pravděpodobně chtěl zadavatel napsat max. 5 mW, tak uchazeč nesplnil zadávací podmínky a komise tento rozpor neřešila.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o chybu v rámci stanovení technických podmínek ze strany zadavatele, které nelze v současné chvíli již jakkoliv opravit. Přistoupil zadavatel ke zrušení zadávacího řízení.

9 Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Poddodavatelé nejsou uvedeni, protože zadávací řízení bylo zrušeno.

10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.

11 Odůvodnění nerozdělení veřejné zakázky na části

Jedná se o dodávku jednoho přístroje. Zadavatel nemohl rozdělit veřejnou zakázku na části.