



# PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

v souladu s ust. § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Operační svítidla
Předmět veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní

## 1 Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, Pardubice
IČO:	27520536

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka operačních svítidel pro centrální operační sály a chirurgii pro pracoviště zadavatele Litomyšlskou nemocnici, Chrudimskou nemocnici a Orlickoústeckou nemocnici.

## 3 Cena sjednaná ve smlouvě

Smlouva byla uzavřena se sjednanou cenou ve výši 1 693 000 Kč bez DPH.

## 4 Zvolený druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

## 5 Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
1	MeWAdia, s.r.o.	Hlinky 64, Brno 603 00	27683818
2	Medsol, s.r.o.	Lužná 591/4, Vokovice, 160 00 Praha	24201596
3	Nimotech, s.r.o.	Šumavská 416/15, Ponava, 602 00 Brno	18825605



4	Fénix Brno spol. s.r.o.	Vackova 1803/79, Královo Pole, 612 00 Brno	44961863
5	Hypokramed, s.r.o.	Čistovická 95/13, Řepy, 163 00 Praha	49616528
6	Hoyer Praha, s.r.o.	Jilmová 2685/10, Praha 3, 130 00 Praha	60491582
7	Primetec, s.r.o.	Žákava 67, 332 04 Žákava	05612349

## 6 Označení všech vyloučených účastníků zadávacího řízení s uvedením důvodu jejich vyloučení

Primetec, s.r.o.	Žákava 67, 332 04 Žákava	05612349
------------------	--------------------------	----------

Zadavatel v rámci svých zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky uvedl, konkrétně v příloze č. 4, tj. technické podmínky a na základě dl. č.1, kdy bylo akceptováno „světlo s krokově nastavitelnou barevnou teplotou v 5ti krocích 3750-4750 °K.

Dle nabídky účastníka **PRIMETEC s.r.o.** umožňuje nabízené plnění světlo krokově nastavitelnou barevnou teplotu v rozmezí 3800-5000 °K.

světlo s plynule nastavitelnou barevnou teplotou min. 3600 °K a více, s rozsahem min. 1000 °K	ANO	3.800 – 5.000
---	-----	---------------

Hodnotící komise dospěla k závěru, že účastník nesplnil zadávací podmínky z důvodu, že nabídka výše uvedeného účastníka nesplňuje požadavky zadavatele, a proto doporučila zadavateli účastníka ze zadávacího řízení vyloučit.

## 7 Označení dodavatele, s nímž byla uzavřena smlouva

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO
1	MeWAdia,s.r.o.	Hlinky 64, Brno 603 00	27683818



## 8 Odůvodnění výběru dodavatele

Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti. Zadavatel stanovil, že hodnotícími kritérii budou:

Číslo	Kritérium	Váha
1.	Kupní cena v Kč bez DPH uvedená v kupní smlouvě.	80 %
2.	Minimální garantovaná živostnost LED diod uvedená v hodinách	5 %
3.	Rozsah barevné teploty světla uvedená v °K	5 %
4.	Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m u satelitního svítidla uvedená v luxech	5 %
5.	Index podání barev Ra uvedený číselně	5 %

Komise provedla hodnocení jednotlivých nabídek dle výše uvedených kritérií v souladu se zadávacími podmínkami. Na základě hodnocení komise vyhodnotila nabídku účastníka MeWAdia s.r.o. jako nabídku ekonomicky nejvýhodnější, neboť při hodnocení dle výše uvedených kritérií a popisem v souladu se zadávacími podmínkami získala největší počet bodů.

Podrobný rozpis údajů z nabídek účastníků pro účely hodnocení a výsledné pořadí je uvedeno níže v tabulce.

Hodnota	Název kritéria	Fénix	Přidělené body	Hypokramed	Přidělené body	Hoyer	Přidělené body	Nimotech	Přidělené body	MeWAdia	Přidělené body
80%	Kupní cena v Kč bez DPH uvedená v kupní smlouvě	3 081 910,30 Kč	43,95	2 185 206,00 Kč	61,98	2 587 340,00 Kč	52,35	2 989 443,60 Kč	45,31	1 693 000,00 Kč	80,00
5%	Minimální garantovaná živostnost LED diod uvedená v hodinách	60000	5,00	60000	5,00	60000	5,00	60000	5,00	60000	5,00
5%	Rozsah barevné teploty světla uvedená v °K	2500	5,00	1500	3,00	2500	5,00	1000	2,00	1800	3,60
5%	Intenzita osvětlení ve vzdálenosti 1 m u satelitního svítidla uvedená v luxech	160000	5,00	140000	4,38	160000	5,00	160000	5,00	140000	4,38
5%	Index podání barev Ra uvedený číselně	99	5,00	97	4,90	95	4,80	99	5,00	97	4,90
<b>CELKOVÝ SOUČET BODŮ A KONEČNÉ POŘADÍ</b>		<b>4.</b>	<b>63,95</b>	<b>2.</b>	<b>79,25</b>	<b>3.</b>	<b>72,15</b>	<b>5.</b>	<b>62,31</b>	<b>1.</b>	<b>97,88</b>

## 9 Označení poddodavatelů vybraného dodavatele

Žádná část veřejné zakázky není plněna prostřednictvím poddodavatele nebo není známa.

## 10 Soupis osob, u kterých byl zjištěn střet zájmů, a následně přijatých opatření

V rámci této veřejné zakázky nebyl zjištěn střet zájmů.