

V Jevíčku

dne 01.10.2021

Vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Elektrická lůžka

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Odborný léčebný ústav Jevíčko

Dotaz č. 1.:

Umožní zadavatel dodavateli nabídnout lůžko s vyšším BPZ než je požadováno (250 kg) a se zdvihem o 39 cm?

Odpověď č. 1.:

Ano, zadavatel bude akceptovat nabídku lůžka se zdvihem 39 cm