



PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

Hmotnostní spektrometr a kapalinový chromatograf, část 1

Název části veřejné zakázky: **Hmotnostní spektrometr**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

2. Označení zadavatele

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks hmotnostního spektrometru a 1 ks kapalinového chromatografu pro Pardubickou nemocnici v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.

Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického přístroje včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně odborné montáže, instalace, uvedení do plného provozu a včetně instruktáže personálu.

Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
- montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením),
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
- provedení školení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu,



- doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady; úplný seznam dokladů, které budou doloženy v rámci dodávky předmětu plnění, je uvedený v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy,
- likvidaci obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, což zadavatel explicitně uvádí u každého takového odkazu. Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v dokumentaci objevují odkazy na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Záruka za jakost

Předmět plnění zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané zdravotnické vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

Zadavatel požaduje **záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců ode dne úplného a řádného dodání předmětu plnění**. Záruční servis, opravy a odstranění závad po dobu záruky za jakost bude poskytován bezplatně. Veškeré závazné požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka je rozdělena na **2 části**.

Položky veřejné zakázky

Číslo části	Název části veřejné zakázky	Název položky	Počet kusů	Místo plnění
1	Hmotnostní spektrometr	Hmotnostní spektrometr	1	Pardubická nemocnice (OKM)
2	Hmotnostní spektrometr ve spojení s kapalinovou chromatografií	Hmotnostní spektrometr	1	Pardubická nemocnice (OKBD)
		Kapalinový chromatograf	1	

Minimální technické požadavky

Podrobný popis a bližší technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky je uveden v technické specifikaci v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

Technické a servisní podmínky **pro část 1 veřejné zakázky**



Součástí předmětu plnění části 1 veřejné zakázky je pozáruční servis, bezpečnostně technické kontroly a servis po dobu 5 let po skončení záruční doby.

Zadavatel uzavře s vybraným dodavatelem smlouvu o poskytování pozáručního servisu. Závazný návrh smlouvy je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Předmětem smlouvy je veškerá periodická údržba stanovená výrobcem nebo aktuální legislativou (BTK, validace, revize, všechny díly a materiál /např. filtry apod./ měněné na základě stanovení výrobce apod.) po dobu 5 let od skončení záruční doby.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Smlouva nebyl uzavřena, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Nebyl žádný účastník zadávacího řízení, neboť zadávací řízení bylo zrušeno.

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Nepoužito, zadávací řízení bylo zrušeno.

9. Označení poddodavatele/ů

Nepoužito, zadávací řízení bylo zrušeno.

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Zadavatel po přehodnocení zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky dospěl k závěru, že poptávané plnění v dané podobě nebude požadovat. Do nového zadávacího řízení zadavatel připravuje změnu předmětu plnění, který bude lépe odpovídat potřebám klinického pracoviště.



Zadavatel současně touto úpravou reagoval na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace, kde jeden z dodavatelů upozorňoval zadavatele na z jeho pohledu diskriminačně stanovené technické parametry, které zadavatel v rámci technické specifikace požadoval.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Veřejná zakázka je rozdělená na části.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.