

## PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

### 1. Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:

#### **Angiografické přístroje**

Druh zadávacího řízení: otevřené nadlimitní řízení

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky

### 2. Označení zadavatele

**Nemocnice Pardubického kraje, a.s.**

se sídlem Kyjevská 44, Pardubice, PSČ 532 03

Zastoupený: MUDr. Tomášem Gottvaldem, MHA, předsedou představenstva

Ing. Hynkem Raisem, MHA, místopředsedou představenstva

(dále jen „Zadavatel“)

### 3. Předmět veřejné zakázky

#### **Popis předmětu plnění veřejné zakázky**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou angiografických přístrojů pro Pardubickou nemocnici v souladu s medicínským účelem a s technickými podmínkami a ostatními požadavky uvedenými v zadávací dokumentaci a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 této zadávací dokumentace – Technické podmínky, kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky.

Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického přístroje včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně odborné montáže, instalace, uvedení do plného provozu a včetně instruktáže personálu.

Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje u obou přístrojů pozáruční FULL servis po dobu 8 let po skončení záruční doby.

#### **Plnění předmětu veřejné zakázky zahrnuje:**

- zajištění dopravy všech položek dodávky do místa plnění,
- montáž a instalaci všech položek dodávky v místě plnění (ustavení, sestavení a propojení položek dodávky, napojení na zdroje či místní rozvody, je-li funkce položek dodávky podmíněna takovým připojením),
- uvedení všech položek dodávky do plného provozu,
- provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu,

- doložení atestů, certifikátů apod., disponuje-li výrobce těmito doklady; úplný seznam dokladů, které budou doloženy v rámci dodávky předmětu plnění, je uvedený v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy,
- likvidaci obalů a odpadu souvisejících s dodávkou a instalací předmětu plnění,
- součástí dodávky bude provedení výchozí elektrovizy a výchozí zkoušky dlouhodobé stability,
- pozáruční FULL servis po dobu 8 let od skončení záruční doby.

Veškeré činnosti ve vztahu k dodávce musí být prováděny v souladu s platnými právními předpisy ČR a technickými a jinými normami, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

Pokud tato technická specifikace obsahuje požadavky nebo přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak je možné nabídnout i jiné, rovnocenné řešení, což zadavatel explicitně uvádí u každého takového odkazu. Zadavatel rovněž uvádí, že v případě, že se v dokumentaci objevují odkazy na normy nebo technické dokumenty umožňuje zadavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.

### Záruka za jakost

Předmět plnění zakázky dále zahrnuje záruku za jakost. Záruka za jakost spočívá v tom, že dodané zdravotnické vybavení, jakož i jeho veškeré části a jednotlivé komponenty včetně příslušenství, budou po celou záruční dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo si zachovají obvyklé vlastnosti.

Zadavatel požaduje **záruční dobu v délce minimálně 24 měsíců ode dne úplného a řádného dodání předmětu plnění**. Záruční servis, opravy a odstranění závad po dobu záruky za jakost bude poskytován bezplatně. Veškeré závazné požadavky na záruku za jakost jsou uvedeny v příloze č. 3 Závazný návrh kupní smlouvy.

### Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není rozdělena na části.

### Položky veřejné zakázky

Název položky	Počet kusů	Místo plnění
Angiografický přístroj I	1	Pardubická nemocnice, centrální urgentní příjem (CUP)
Angiografický přístroj II	1	

### Minimální technické požadavky

Podrobný popis a bližší technické parametry předmětu plnění veřejné zakázky jsou uvedeny v technické specifikaci v příloze č. 2 zadávací dokumentace.

**Zadavatel požaduje, aby byl součástí nabídky popis nezbytných technických požadavků na instalaci a montáž ve vztahu k umístění přístrojového vybavení formou technologického projektu:**

- Technické parametry přístrojového vybavení (vše, co je pro montáž a provoz přístrojového vybavení nezbytné, např. rozměrový náčrtek obsahující informace pro montáž apod. zejména:
  - Požadavky na montážní otvor

- Hmotnost přístrojového vybavení, požadavky na základovou desku, podlahové kanály apod.
- Požadavky na rozměry prostoru pro instalaci (světlá výška a ostatní důležité rozměry)
- Požadavky na příkony a napojení
- Požadavky na silový přívod, množství vyzářeného tepla jednotlivými přístroji a ovládacími skříněmi a požadavky na výměnu a vlhkost vzduchu pro návrh vzduchotechniky a chlazení.

#### 4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

Cena sjednaná ve smlouvě je **63 000 000,-** Kč bez DPH.

Kupní smlouva – 39 700 000,- Kč bez DPH

Smlouva o provádění pozáručního servisu – 23 300 000,- Kč bez DPH

#### 5. Druh zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení.

#### 6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo nabídky	Název účastníka	Sídlo účastníka	IČO	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	AURA Medical s.r.o.	K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4	65412559	63 780 000,-
2	Philips Česká republika s.r.o.	Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 - Karlín	63985306	63 000 000,-

#### 7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný účastník nebyl ze zadávacího řízení vyloučen.

#### 8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější:

Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO	Právní forma
Philips Česká republika s.r.o.	Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 - Karlín	63985306	společnost s ručením omezeným

#### Způsob hodnocení nabídek

Pořadí nabídek bylo sestaveno na základě ekonomické výhodnosti, a to konkrétně na základě níže uvedených hodnotících kritérií:

1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH: váha dílčího kritéria 80 %
2. Technické parametry angiografického přístroje I váha kritéria 10 %
3. Technické parametry angiografického přístroje II váha kritéria 10 %

Výsledkem hodnocení byl postup nabídky, která získala nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení získaných v jednotlivých dílčích kritériích vynásobených vahou příslušného kritéria, do fáze

posouzení, ve které hodnotící komise posoudila nejvýhodnější nabídku z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci.

Tabulka hodnocení:

Název hodnotícího podkritéria Angiografický přístroj I	Hodnota/ Jednotka	Váha podkritéria	Způsob hodnocení	Hodnoty nabízené účastníkem		Body přidělené v rámci jednotlivých podkritérií	
				AURA Medical s.r.o.	Philips Česká republika s.r.o.	AURA Medical s.r.o.	Philips Česká republika s.r.o.
Systém umožňující budoucí rozšíření o SW třetích stran	ANO/NE	ANO=20 bodů, NE=0 bodů	Ano je lepší	NE	ANO	0	20
Modifikovatelné umístění jednotlivých vstupů (HDMI, DVI-I) na obrazovce za pomoci funkce přetažení („Drag and Drop“) u kontrolního vysoce kontrastního medicínského LCD monitoru umístěného v ovladovně (úhlopříčka min. 27", rozlišení min. 2560 x 1440, svítivost bílé při běžném provozu min. 400 cd/m2, počet možných zobrazovacích vstupů na monitoru min. 8, možnost zobrazení minimálně 4 obrazových vstupů současně)	ANO/NE	ANO=10 bodů, NE=0 bodů	Ano je lepší	NE	ANO	0	10
Použití dynamického plochého detektoru poslední generace s provozem bez kapalného média	ANO/NE	ANO=30 bodů, NE=0 bodů	Ano je lepší	NE	ANO	0	30
Systém umožňující uživateli vytváření vlastních návodů pro jednotlivé pracovní postupy k jednotlivým procedurám, které jsou uloženy v přístroji s možností zobrazení na monitoru ve vyšetřovně	ANO/NE	ANO=20 bodů, NE=0 bodů	Ano je lepší	NE	ANO	0	20
Rychlé ovládání clon intuitivně pomocí tažení prstů na modulu dotykové obrazovky místo pomocí joysticků	ANO/NE	ANO=20 bodů, NE=0 bodů	Ano je lepší	NE	ANO	0	10
Rozměr desky vyšetřovacího stolu v dlouhé ose	Rozměr v cm	10 %	Delší je lepší	295	319	9,25	10
<b>Celkový počet přidělených bodů</b>						<b>9,25</b>	<b>100</b>
Počet bodů (Celkový počet bodů vynásobený váhou dílčího kritéria)		10 %				0,95	10,00
<b>Název hodnotícího podkritéria Angiografický přístroj II</b>	<b>Hodnota/ Jednotka</b>	<b>Váha podkritéria</b>	<b>Způsob hodnocení</b>	<b>AURA Medical s.r.o.</b>	<b>Philips Česká republika s.r.o.</b>	<b>AURA Medical s.r.o.</b>	<b>Philips Česká republika s.r.o.</b>
Systém umožňující budoucí rozšíření o SW třetích stran	ANO/NE	ANO=20 bodů, NE=0 bodů	Ano je lepší	NE	ANO	0	20
Modifikovatelné umístění jednotlivých vstupů (HDMI, DVI-I) na obrazovce za pomoci funkce přetažení („Drag and Drop“) u kontrolního vysoce	ANO/NE	ANO=10 bodů, NE=0 bodů	Ano je lepší	NE	ANO	0	10



kontrastního medicínského LCD monitoru umístěného v ovladavně (úhlopříčka min. 27", rozlišení min. 2560 x 1440, svítivost bílé při běžném provozu min. 400 cd/m <sup>2</sup> , počet možných zobrazovacích vstupů na monitoru min. 8, možnost zobrazení minimálně 4 obrazových vstupů současně)							
Použití dynamického plochého detektoru poslední generace s provozem bez kapalného media	ANO/NE	ANO=30 bodů, NE=0 bodů	Ano je lepší	NE	ANO	0	30
Systém umožňující uživateli vytváření vlastních návodů pro jednotlivé pracovní postupy k jednotlivým procedurám, které jsou uloženy v přístroji s možností zobrazení na monitoru ve vyšetřovně	ANO/NE	ANO=20 bodů, NE=0 bodů	Ano je lepší	NE	ANO	0	20
Rychlé ovládání clon intuitivně pomocí tažení prstů na modulu dotykové obrazovky místo pomocí joysticků	ANO/NE	ANO=20 bodů, NE=0 bodů	Ano je lepší	NE	ANO	0	10
Rozměr desky vyšetřovacího stolu v dlouhé ose	Rozměr v cm	10 %	Delší je lepší	295	319	9,25	10
<b>Celkový počet přidělených bodů</b>						<b>9,25</b>	<b>100</b>
<b>Počet bodů (Celkový počet bodů vynásobený váhou dílčího kritéria)</b>		<b>10 %</b>				<b>0,95</b>	<b>10,00</b>
<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>		<b>80 %</b>		<b>63780 000,-</b>	<b>63 000 000,-</b>	<b>79,02</b>	<b>80</b>
<b>Celkový počet přidělených bodů za všechny kritéria</b>						<b>80,92</b>	<b>100</b>

Výsledné pořadí nabídek:

Pořadí nabídek	Obchodní firma dodavatele	Sídlo společnosti	IČO	Celkový počet přidělených bodů
1.	Philips Česká republika s.r.o.	Rohanské nábřeží 678/23, 186 00 Praha 8 – Karlín	63985306	100
2.	AURA Medical s.r.o.	K Verneráku 1193/4, 148 00 Praha 4	65412559	80,92

Komise vyhodnotila jako ekonomicky nejvýhodnější nabídku účastníka Philips Česká republika s.r.o.

## 9. Označení poddodavatele/ů

Nejsou žádní poddodavatelé.

## 10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

**11. Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění**

Nepoužito.

**12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu**

Nepoužito.

**13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému**

Nezrušeno.

**14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků**

Nepoužito.

**15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření**

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

**16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části**

Povaha předmětu plnění nevyžaduje dělení veřejné zakázky na části.

**17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ**

Zadavatel nepožadoval prokázání obratu.