

Dezinfekce odpadních vod v PKN - odpad sever

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Kyjevská 44, 532 03, Pradubice - Pardubičky

ADRESA	NÁZEV SIGNÁLU	SIGNÁL	Komentář signálu	KARTA
I1	M1_RNNG	CHOD A NENÍ PORUCHA	Motor ponorného čerpadla	AT1
I2	M2_RNNG	CHOD A NENÍ PORUCHA	Motor míchadla v reakční nádrži	AT1
I3	QIA_HL_MAX	KONCENTRACE VÝSTRAHA	Detektor chlordioxidu v ovzduší	AT1
I4	QIA_HLL_HAV MAX	KONCENTRACE ALARM	Detektor chlordioxidu v ovzduší	AT1
I5				AT1
I6				AT1
I7				AT1
I8				AT1
Q1	M1_STRT	START/STOP ČERPADLA	Zapnutí/vypnutí ponorného čerpadla	AT1
Q2	LT1_MAX	HLADINA MAX	Signalizace dosažení hladiny na přelivu	AT1
Q3	M3_STRT	START/STOP MÍCHADLA	Zapnutí/vypnutí míchadla v reakční nádrži	AT1
Q4	HA1_ARLM	VÝSTRAHA/ALARM	Zapnutí houkačky výstraha/alarm	AT1
AI1	LT1_AI	4..20mA/0 až 3m	Hladina odpadní vody v jímce	AT2
AI2	FT1_AI	4..20mA/	Průtokoměr odpadní vody - průtok	AT2