



## ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

v souladu s ust. § 127 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“)

Název veřejné zakázky:	Čistící a dezinfekční automat a myčka laboratorního skla, část 1
Název části veřejné zakázky:	Mycí automat pro laboratorní sklo
Druh zadávacího řízení:	Otevřené řízení
Druh veřejné zakázky:	Dodávky
Režim veřejné zakázky:	Nadlimitní
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo zadavatele:	Kyjevská 44, 53203 Pardubice
IČO:	27520536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, MHA, předseda představenstva Ing. Hynek Rais, MHA, místopředseda představenstva

Výše uvedený zadavatel tímto rozhoduje o

### ZRUŠENÍ

výše uvedeného zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 127 odst. 2 písm. h) zákona, jelikož je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení.

Zadavatel rozhodl o zrušení veřejné zakázky, neboť v rámci zadávacího řízení obdržel pouze jednu nabídku, která nesplňuje zadávací podmínky. Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách technický parametr „Maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) 10,700 mmol/l“. Účastník však v rámci své nabídky uvedl maximální tvrdost vody (studená voda/teplá voda) 12,6 mmol/l. Nabídnutý parametr sice převyšuje požadovanou tvrdost vody, požadavek uvedený v zadávací dokumentaci je však uvedený jako maximální a nelze jej překročit. Zadavatel nemá jinou možnost než zrušení zadávacího řízení, neboť by musel účastníka zadávacího řízení vyloučit ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění podmínky. Zadavatel na základě této skutečnosti přistoupil rovnou ke zrušení zadávacího řízení.

V Pardubicích dne

.....  
MUDr. Tomáš Gottvald, MHA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Hynek Rais, MHA  
místopředseda představenstva