

Vysvětlení dokumentace k veřejné zakázce: „„Albertinum Žamberk – pořízení RHB vybavení pro pneumologickou a fyziologickou následnou péči“, část 2g“

Vážení,

poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace k výše zmíněné zakázce zadavatele Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk.

Dotaz č. 1.:

Vzhledem k tomu, že v zadávací dokumentaci není upřesněna technická specifikace pro část 2g „Přístrojová respirační fyzioterapie“, prosíme zadavatele o upřesnění, zda požadovaný přístroj musí splňovat tyto technické parametry/tuto technickou specifikaci: 1) Pro přístrojovou respirační fyzioterapii je důležitý přednastavený protokol na facilitaci dýchání. Požaduje zadavatel u přístroje na principu léčby elektromagnetickým polem, aby byla facilitace dýchání součástí nabídky vestavěných (přednastavených) diagnóz?

Odpověď č. 1.:

ANO, zadavatel požaduje, aby dodávané zařízení bylo vybaveno funkcí přednastavené facilitace dechové plicní rehabilitace, jelikož bez ní by stroj nemohl správně fungovat – součást nabídky přednastavených diagnóz.